



Fiche de Contrôle Défibrillateur

Tél. : 09 61 45 61 95

Maintenance Défibrillateur



LIFEPAK CR Plus

SERVICESECOM

Défibrillateur Automatisé Externe

PHYSIO-CONTROL LIFEPAK CR Plus

www.servicesecon.fr

Exploitant : (*Votre Etablissement*)

N° de Série Appareil :


Localisation Défibrillateur : (*Emplacement du DAE*)

Date de Mise en Service :

Contrôle « Mois / Année » :

Dates de Péréemption - Kit « Pile & Electrodes » :

Electrodes Pédiatriques :

Contrôle Indicateurs DAE « Etat de Fonctionnement »		Date / Initiales	Date / Initiales	Date / Initiales	Date / Initiales	Date / Initiales
Instructions	Actions Correctives	Observation	Observation	Observation	Observation	Observation
Indicateur OK						
Indicateur CHARGE-PAK						
Indicateur ATTENTION						
Indicateur CLE						
Kit « Pile / Electrodes »						
Electrodes Pédiatriques						
Dommages / Fissures						
Autre :		Semaine 1	Semaine 2	Semaine 3	Semaine 4	Semaine 5

Référent Maintenance 1 - Nom / Prénom – Initiales :

SERVICESECOM est Propriétaire de ce Document

Référent Maintenance 2 - Nom / Prénom – Initiales :

Reproduction du Document à des fins commerciales Interdite

www.servicesecon.fr/maintenance-defibrillateur

Email : contact@servicesecon.fr

Tél. : +33 (0)9 61 45 61 95